noricum

CHINCHETA DE FIJACIÓN NORICUM / MINITORNILLO DE FIJACIÓN NORICUM

Indicaciones

El uso del material suministrado por Noricum SL está autorizado única y exclusivamente a los profesionales debidamente habilitados (odontólogos, estomatólogos y cirujanos bucales o maxilofaciales).

Las Chinchetas de fijación y los Minitornillos de fijación están fabricados en Titanio grado 5 según ISO5832-3 para garantizar una alta resistencia y biocompatibilidad.

Antes de utilizar el producto esterilizar: extraer (sin contacto manual directo) el producto de su envase de comercialización e introducirlo en una bolsa adecuada para el proceso de esterilización (bolsa de autoclave). Noricum recomienda el siguiente ciclo de esterilización por vapor: temperatura 134°C, tiempo de exposición mínimo 4 minutos, presión 2,03 bar, en autoclaves certificados.

Chincheta de fijación Noricum

Las Chinchetas de fijación Noricum, están específicamente recomendadas para la fijación de membranas reabsorbibles y no reabsorbibles incluso en áreas de la mandíbula donde la densidad ósea es más alta.

Las Chinchetas de fijación están disponibles en envases de cinco unidades, limpias no estériles. Se presentan en las siguientes longitudes (3.5, 4.5, 5.5 y 6.5 mm) para su empleo según la densidad ósea del paciente. Su diseño asegura una excelente retención y estabilización de las membranas sobre el hueso, permitiendo la regeneración ósea previa a la colocación del implante.

Modo de empleo: Esterilizar la Chincheta de fijación, insertar la Chincheta en el impactador y transportar hasta la posición deseada. Clave la Chincheta de fijación en el hueso sano a través de la membrana, posicionada en ángulo recto y golpeando con un martillo sobre el impactador. La Chincheta de fijación luego de la regeneración ósea se afloja con la llave grip girando en sentido antihorario, y se retira con unas pinzas con extremo cuidado para evitar su aspiración por el paciente.

Minitornillo de fijación Noricum

Los Minitornillos de fijación Noricum están indicados para la fijación de mallas de titanio, membranas reabsorbibles y no reabsorbibles e injertos óseos en bloque, en caso de maxilar atrófico, reabsorbido o que presente defectos óseos.

Los Minitornillos de fijación Noricum están disponibles en las siguientes diámetros 1.20, 1.50 y 2.00 mm y en diferentes longitudes para dar solución a las necesidades del tratamiento previsto. Los minitornillos de fijación están disponibles en envases de cinco unidades, limpios no estériles.

Modo de empleo: Las técnicas quirúrgicas así como las tecnologías requeridas para la preparación de los materiales de regeneración quedan al margen del alcance de estas instrucciones.

- Esterilización del producto.
- Preparación del injerto y/o membrana siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Realizar en la zona receptora el fresado previo a la inserción del tornillo. En función de la calidad ósea presentada por el paciente puede ser obviado este paso o reducir la profundidad de perforación para garantizar la retención primaria del tornillo.
- Insertar el tornillo en la llave correspondiente y transportar hasta el punto de inserción, proceder a su atornillado girando en sentido horario hasta conseguir una fijación estable del injerto y/o material a retener.

- Transcurrido el periodo requerido por el tratamiento de regeneración proceder a la retirada de los tornillos aflojando el mismo con la llave grip girando en sentido antihorario, y retirando con unas pinzas con extremo cuidado para evitar su aspiración por el paciente.

Precauciones

La superficie de contacto donde se coloque la malla de titanio, membrana o bloque a fijar debe estar limpia de tejido, restos biológicos o material adicional que puedan impedir la correcta fijación de la Chincheta o el Minitornillo al hueso del paciente.

Contraindicaciones

No existen contraindicaciones absolutas al uso de las Chincheta de fijacións/Minitornillo de fijación diferentes de las comunes a cualquier tipo de cirugía oral.

Presentación

Las Chinchetas de fijación y los Minitornillos de fijación suministrados por Noricum SL se presentan limpios pero no estériles.

Eliminación

Las chinchetas y minitornillos que puedan estar contaminados o que ya no se puedan utilizar deben desecharse como residuos sanitarios (clínicos) de forma segura de acuerdo con la legislación sanitaria nacional. La eliminación del material del envase debe realizarse de acuerdo con la legislación nacional sobre envases.

¡Atención!: **Esterilizar antes de usar**



Producto no reutilizable.

Fabricante:
Noricum SL
Avenida Fuente Nueva 14 (Nave 3A)
28703 – San Sebastián de los Reyes
Madrid - España
E-Mail: noricum@noricum.es

CE
0051

Directiva 93/42/CEE modificada por la Directiva MDD 2007/47/CEE