noricum

CILINDROS NORICUM

Descripción e Indicaciones
Los Cilindros fabricados por Noricum SL son compatibles con los Pilares Minicónicos e Implantes Dentales de su correspondiente plataforma, permitiendo el diseño sobre ellos de la prótesis. Están fabricados en titanio comercialmente Puro Grado 4.
El uso del material suministrado por Noricum SL está autorizado única y exclusivamente a los profesionales debidamente habilitados (odontólogos, estomatólogos, cirujanos bucales o maxilofaciales y protésicos).

Contraindicaciones
No existen contraindicaciones.

Advertencias
El éxito de la terapia restauradora basada en implantes de titanio depende de una evaluación correcta por parte del profesional cualificado de la condición médica general del paciente. En particular deben ser considerados meticulosamente factores tales como:

- Nivel de motivación y/o cooperación
- Condiciones de higiene oral
- Abuso de drogas, alcohol, o tabaco
- Medicación en curso
- Irradiación en cabeza o cuello
- Infecciones agudas o crónicas
- Desórdenes sistémicos que perjudiquen la cicatrización de heridas
- Falta de sustancia ósea o calidad inadecuada de la misma para permitir la
- oseointegración de las fijaciones
- Excesivas fuerzas masticatorias (bruxismo)
- Alergia al Titanio

Presentación
Los Cilindros suministrados por Noricum SL se presentan limpios pero no estériles.

Producto no reutilizable

Instrucciones de uso
Para el uso de los Cilindros, Noricum aconseja crear sobre el cilindro la prótesis dental empleando el procedimiento oportuno. Una vez realizada la prótesis definitiva el Cilindro queda incorporado a la misma. Fijar la prótesis al Pilar o al Implante Dental mediante el Tornillo de Prótesis, tras la eliminación del tapón.

Especificaciones
Los Cilindros están diseñados para su correspondiente Pilar Minicónico o Implante Dental Noricum.

Precauciones
Aunque los materiales susceptibles de sufrir tensiones mecánicas se han fabricado en titanio de las mejores propiedades mecánicas, en caso de pacientes que presentan un bruxismo exacerbado es posible (muy raramente) su fractura. Noricum SL recomienda el tratamiento previo y/o simultáneo de este problema para evitar este hecho.

Efectos adversos
Pérdida del anclaje del implante (fracaso de oseointegración) y pérdida de la prótesis, son situaciones que pueden ocurrir después de la cirugía. La falta de adecuada calidad y cantidad de hueso, infecciones, falta de higiene o cooperación por parte del paciente, y enfermedades generalizadas (diabetes, etc.) son causas potenciales para la pérdida de la fijación. Por estos motivos se debe dar una adecuada información al paciente (indicaciones y contraindicaciones, expectativas, porcentajes normales de éxito y fracaso, necesidad de controles posteriores periódicos).

Otros Productos de Noricum en conexión con los Cilindros Noricum:
Conexión permanente: Pilar Minicónico Noricum correspondiente
Tornillo de Prótesis Noricum
Conexión temporal: Réplica Noricum

CE **0051** Directiva 93/42/CEE modificada por la Directiva MDD 2007/47/CEE

Fabricante:
Noricum SL
Avenida Fuente Nueva 14 (Nave 3A)
28703 – San Sebastián de los Reyes
Madrid - España
E-Mail: noricum@noricum.es

IU:CIL Ed 7 (21/01/2014)