noricum

## PILAR MINICÓNICO NORICUM

**Descripción e Indicaciones**
Noricum SL dispone de una amplia gama de Pilares Minicónicos fabricados y diseñados según las normas más exigentes de calidad actuales. Los pilares, fabricados en Titanio Grado 4 (el cuerpo) y Grado 5 (el tornillo de fijación), se ofrecen en diferentes dimensiones de longitud para adaptarse a las distintas necesidades que se presentan en el tratamiento restaurador del edentulismo (total o parcial), tanto en maxilar como en mandíbula.
El uso del material suministrado por Noricum SL está autorizado única y exclusivamente a los profesionales debidamente habilitados (odontólogos, estomatólogos y cirujanos bucales o maxilofaciales), adecuadamente instruidos en la utilización de implantes dentales.
Cada envase incluye un (1) Pilar Minicónico Noricum, compuesto del cuerpo del pilar, tornillo de fijación al implante dental y el porta pilar.

**Contraindicaciones**
No existen contraindicaciones absolutas al uso de los pilares diferentes de las comunes a cualquier tipo de cirugía oral.

**Advertencias**
El éxito de la terapia restauradora basada en implantes de titanio depende de una evaluación correcta por parte del profesional cualificado de la condición médica general del paciente. En particular deben ser considerados meticulosamente factores tales como:

- Nivel de motivación y/o cooperación
- Condiciones de higiene oral
- Abuso de drogas, alcohol, o tabaco
- Medicación en curso
- Irradiación en cabeza o cuello
- Infecciones agudas o crónicas
- Desórdenes sistémicos que perjudiquen la cicatrización de heridas
- Falta de sustancia ósea o calidad inadecuada de la misma para permitir la oseointegración de las fijaciones
- Excesivas fuerzas masticatorias (bruxismo)
- Alergia al Titanio

**Presentación**
Los pilares suministrados por Noricum SL se presentan limpios pero no estériles.
**¡Atención!**: **Esterilizar antes de usar.**

**Producto no reutilizable.**

**Instrucciones de uso**
Antes de su colocación esterilizar el producto. Para ello extraer (sin contacto manual directo) el producto de su envase de comercialización e introducirlo en una bolsa adecuada para el proceso de esterilización (bolsa de autoclave).
Protocolo de esterilización recomendado: Esterilización por vapor. Ciclo de esterilización: Temperatura 134°C, tiempo de exposición mínimo 4 minutos, presión 2,03 bar. Noricum recomienda el uso de autoclaves certificados.
El sistema de implantes Noricum garantiza al profesional una gran facilidad de uso y colocación.

Para el uso de los Pilares Noricum seguir el siguiente procedimiento: una vez abierto el lecho quirúrgico, elimine el tornillo de cierre (o el pilar de cicatrización caso de haberse empleado) y coloque el pilar sobre el implante dental empleando el porta pilar, retire el porta pilar mediante un leve movimiento de inclinación, fije el Pilar Minicónico seleccionado. La fijación del pilar, como cualquier procedimiento quirúrgico, debe realizarse bajo el principio del menor trauma posible.

**Especificaciones**
Los Pilares Minicónicos Noricum están diseñados para Implantes Dentales Noricum.

**Precauciones**
Aunque los tornillos de fijación de los pilares se han fabricado en Titanio Grado 5, de las mejores propiedades mecánicas, en caso de pacientes que presentan un bruxismo exacerbado es posible (muy raramente) su fractura. Noricum SL recomienda el tratamiento previo y/o simultáneo de este problema para evitar este hecho.

**Efectos adversos**
Pérdida del anclaje del implante (fracaso de oseointegración) y pérdida de la prótesis, son situaciones que pueden ocurrir después de la cirugía. La falta de adecuada calidad y cantidad de hueso, infecciones, falta de higiene o cooperación por parte del paciente, y enfermedades generalizadas (diabetes, etc.) son causas potenciales para la pérdida de la fijación. Por estos motivos se debe dar una adecuada información al paciente (indicaciones y contraindicaciones, expectativas, porcentajes normales de éxito y fracaso, necesidad de controles posteriores periódicos).

**Otros productos Noricum en conexión con los Pilares Minicónicos:**
**Conexión permanente:** Implante Dental Noricum correspondiente
Tornillo de Prótesis Noricum correspondiente
Cilindro Noricum correspondiente
**Conexión temporal:** Cofia de Impresión Noricum correspondiente
Tapón del Pilar Noricum correspondiente

CE **0051** Directiva 93/42/CEE modificada por la Directiva MDD 2007/47/CEE

Fabricante:
Noricum SL
Avenida Fuente Nueva 14 (Nave 3A)
28703 – San Sebastián de los Reyes
Madrid - España
E-Mail: noricum@noricum.es

**IU: MC Ed 6 (18/04/2012)**