noricum

PILAR DE CICATRIZACION NORICUM

Descripción e Indicaciones.
Noricum SL dispone de una amplia gama de pilares de cicatrización fabricados y diseñados según las normas más exigentes de calidad actuales. Los pilares de cicatrización, fabricados en Titanio Grado 5, se ofrecen en diferentes dimensiones de longitud para adaptarse a las distintas necesidades que se presentan en el tratamiento restaurador del edentulismo (total o parcial), tanto en maxilar como en mandíbula.
El uso del material suministrado por Noricum SL está autorizado única y exclusivamente a los profesionales debidamente habilitados (odontólogos, estomatólogos y cirujanos bucales o maxilofaciales), adecuadamente instruidos en la utilización de implantes dentales.
Cada envase incluye un (1) pilar de cicatrización.

Contraindicaciones
No existen contraindicaciones absolutas al uso de los pilares de cicatrización diferentes de las comunes a cualquier tipo de cirugía oral.

Advertencias
El éxito de la terapia restauradora basada en implantes de Titanio depende de una evaluación correcta por parte del profesional cualificado de la condición médica general del paciente. En particular deben ser considerados meticulosamente factores tales como:
Nivel de motivación y/o cooperación
Condiciones de higiene oral
Abuso de drogas, alcohol, o tabaco
Medicación en curso
Irradiación en cabeza o cuello
Infecciones agudas o crónicas
Desórdenes sistémicos que perjudiquen la cicatrización de heridas
Falta de sustancia ósea o calidad inadecuada de la misma para permitir la oseointegración de las fijaciones
Excesivas fuerzas masticatorias (bruxismo)
Alergia al Titanio

Presentación
Los pilares de cicatrización suministrados por Noricum SL se presentan limpios pero no estériles.
¡Atención!: **Esterilizar antes de usar**

Producto no reutilizable

Instrucciones de uso
Antes de su colocación esterilizar el producto. Para ello extraer (sin contacto manual directo) el producto de su envase de comercialización e introducirlo en una bolsa adecuada para el proceso de esterilización (bolsa de autoclave).
Protocolo de esterilización recomendado: Esterilización por vapor. Ciclo de esterilización: Temperatura 134 °C, tiempo de exposición mínimo 4 minutos, presión 2,03 bar. Noricum SL recomienda el uso de autoclaves certificados.
El sistema de implantes Noricum garantiza al profesional una gran facilidad de uso y colocación.

Para el uso de los pilares de cicatrización Noricum SL seguir el siguiente procedimiento: una vez abierto el lecho quirúrgico, elimine el tornillo de cierre del implante y fije en el cuerpo del implante el pilar de cicatrización seleccionado. La fijación del pilar, como cualquier procedimiento quirúrgico, debe realizarse bajo el principio del menor trauma posible.

Especificaciones
Los pilares de cicatrización están diseñados para los implantes Noricum correspondientes.

Precauciones
Aunque los pilares de cicatrización se han fabricado en Titanio Grado 5, de las mejores propiedades mecánicas, en caso de pacientes que presentan un bruxismo exacerbado es posible (muy raramente) su fractura. Noricum SL recomienda el tratamiento previo y/o simultáneo de este problema para evitar este hecho.

Efectos adversos
Pérdida del anclaje del implante (fracaso de oseointegración) y pérdida de la prótesis, son situaciones que pueden ocurrir después de la cirugía. La falta de adecuada calidad y cantidad de hueso, infecciones, falta de higiene o cooperación por parte del paciente, y enfermedades generalizadas (diabetes, etc.) son causas potenciales para la pérdida de la fijación. Por estos motivos se debe dar una adecuada información al paciente (indicaciones y contraindicaciones, expectativas, porcentajes normales de éxito y fracaso, necesidad de controles posteriores periódicos).

Otros productos Noricum en conexión con los Pilares de Cicatrización Noricum:
Conexión permanente: Ninguno

Conexión temporal: Implantes Dentales Noricum correspondientes



CE **0051** Directiva 93/42/CEE modificada por la Directiva MDD 2007/47/CEE



Fabricante:
Noricum SL
Avenida Fuente Nueva 14 (Nave 3A)
28703 – San Sebastián de los Reyes
Madrid - España
E-Mail: noricum@noricum.es

IU:PC Ed. 6 18/04/2012