noricum

TAPÓN DEL PILAR MINICONICO NORICUM

Descripción e Indicaciones.
Los Tapones de Pilares Minicónicos Noricum son compatibles con los Pilares Noricum correspondientes, protegiéndolos del entorno biológico hasta la colocación de la prótesis definitiva. Los Tapones están fabricados en material POM-C (el cuerpo) y Titanio Grado 5 (el tornillo de fijación).
El uso del material suministrado por Noricum SL está autorizado única y exclusivamente a los profesionales debidamente habilitados (odontólogos, estomatólogos y cirujanos bucales o maxilofaciales), debidamente instruidos en la utilización de implantes dentales.
Cada envase incluye cinco (5) Tapones de Pilares Minicónicos Noricum que llevan incorporados los correspondientes Tornillos de fijación.

Contraindicaciones
No existen contraindicaciones.

Advertencias
El éxito de la terapia restauradora basada en implantes de titanio depende de una evaluación correcta por parte del profesional cualificado de la condición médica general del paciente. En particular deben ser considerados meticulosamente factores tales como:

- Nivel de motivación y/o cooperación
- Condiciones de higiene oral
- Abuso de drogas, alcohol, o tabaco
- Medicación en curso
- Irradiación en cabeza o cuello
- Infecciones agudas o crónicas
- Desórdenes sistémicos que perjudiquen la cicatrización de heridas
- Falta de sustancia ósea o calidad inadecuada de la misma para permitir la oseointegración de las fijaciones
- Excesivas fuerzas masticatorias (bruxismo)
- Alergia al Titanio.

Presentación
Los Tapones de Pilares Minicónicos Noricum se presentan limpios pero no estériles. Es necesario esterilizar el producto antes de uso.
¡Atención!: **Esterilizar antes de usar.**

Producto no reutilizable

Instrucciones de uso
Antes de su colocación esterilizar el producto. Para ello extraer (sin contacto manual directo) el producto de su envase de comercialización e introducirlo en una bolsa adecuada para el proceso de esterilización (bolsa de autoclave).
Protocolo de esterilización recomendado: Esterilización por vapor. Ciclo de esterilización: Temperatura 134°C, tiempo de exposición mínimo 4 minutos, presión 2,03 bar. Noricum SL recomienda el uso de autoclaves certificados.

El sistema de implantes Noricum garantiza al profesional una gran facilidad de uso y colocación. Noricum SL recomienda seguir el siguiente procedimiento: tras la colocación del Pilar seleccionado cúbralo con el Tapón del Pilar, atornillándolo al mismo.

Especificaciones
Los Tapones de Pilares están diseñados para los Pilares Noricum correspondientes.

Efectos adversos
Pérdida del anclaje del implante (fracaso de oseointegración) y pérdida de la prótesis, son situaciones que pueden ocurrir después de la cirugía. La falta de adecuada calidad y cantidad de hueso, infecciones, falta de higiene o cooperación por parte del paciente, y enfermedades generalizadas (diabetes, etc.) son causas potenciales para la pérdida de la fijación. Por estos motivos se debe dar una adecuada información al paciente (indicaciones y contraindicaciones, expectativas, porcentajes normales de éxito y fracaso, necesidad de controles posteriores periódicos).

Otros productos Noricum en conexión con los Tapones de Pilares Minicónicos:
Conexión permanente: Ninguno
Conexión temporal: Pilares Noricum correspondientes.



CE **0051** Directiva 93/42/CEE modificada por la Directiva MDD 2007/47/CEE



Fabricante:
Noricum SL
Avenida Fuente Nueva 14 (Nave 3A)
28703 – San Sebastián de los Reyes
Madrid - España
E-Mail: noricum@noricum.es