noricum

TORNILLO DE PROTESIS NORICUM

Descripción e Indicaciones.
Los Tornillos de Prótesis Noricum permiten la fijación de la prótesis definitiva, son compatibles con los pilares y fijaciones Noricum. Los Tornillos de Prótesis están fabricados en Titanio Grado 5.
El uso del material suministrado por Noricum SL está autorizado única y exclusivamente a los profesionales debidamente habilitados (odontólogos, estomatólogos y cirujanos bucales o maxilofaciales), debidamente instruidos en la utilización de implantes dentales.
Cada envase incluye cinco (5) Tornillos de Prótesis Noricum.

Contraindicaciones
No existen contraindicaciones.

Advertencias
El éxito de la terapia restauradora basada en implantes de Ti depende de una evaluación correcta por parte del profesional cualificado de la condición médica general del paciente. En particular deben ser considerados meticulosamente factores tales como:

- Nivel de motivación y/o cooperación
- Condiciones de higiene oral
- Abuso de drogas, alcohol, o tabaco
- Medicación en curso
- Irradiación en cabeza o cuello
- Infecciones agudas o crónicas
- Desórdenes sistémicos que perjudiquen la cicatrización de heridas
- Falta de sustancia ósea o calidad inadecuada de la misma para permitir la oseointegración de las fijaciones
- Excesivas fuerzas masticatorias (bruxismo)
- Alergia al Titanio.

Presentación
Los Tornillos de Prótesis suministrados por Noricum SL se presentan limpios pero no estériles. Es necesario esterilizar el producto antes de uso.
¡Atención!: **Esterilizar antes de usar.**

Producto no reutilizable.

Instrucciones de uso
Antes de su colocación esterilizar el producto. Para ello extraer (sin contacto manual directo) el producto de su envase de comercialización e introducirlo en una bolsa adecuada para el proceso de esterilización (bolsa de autoclave).
Protocolo de esterilización recomendado: Esterilización por vapor. Ciclo de esterilización: Temperatura 134 °C, tiempo de exposición mínimo 4 minutos, presión 2,03 bar. Noricum SL recomienda el uso de autoclaves certificados.

El sistema de implantes Noricum garantiza al profesional una gran facilidad de uso y colocación.

Para el uso de los Tornillos de Prótesis Noricum seguir el siguiente procedimiento: eliminar el Tapón del Pilar Minicónico o del Implante Dental si se encuentra presente en el paciente, colocar la prótesis y/o cilindro, fijarla al mismo mediante el Tornillo de Prótesis.

Especificaciones:
Los Tornillos de Prótesis están diseñados para Pilares y Fijaciones Noricum.

Precauciones
Aunque los Tornillos de Prótesis Noricum se han fabricado en Titanio Grado 5, de las mejores propiedades mecánicas, en caso de pacientes que presentan un bruxismo exacerbado es posible (muy raramente) su fractura. Noricum SL recomienda el tratamiento previo y/o simultáneo de este problema para evitar este hecho.

Efectos adversos
Pérdida del anclaje del implante (fracaso de oseointegración) y pérdida de la prótesis, son situaciones que pueden ocurrir después de la cirugía. La falta de adecuada calidad y cantidad de hueso, infecciones, falta de higiene o cooperación por parte del paciente, y enfermedades generalizadas (diabetes, etc.) son causas potenciales para la pérdida de la fijación. Por estos motivos se debe dar una adecuada información al paciente (indicaciones y contraindicaciones, expectativas, porcentajes normales de éxito y fracaso, necesidad de controles posteriores periódicos).

Otros productos de Noricum en conexión con los Tornillos de Prótesis:

Conexión permanente: Pilares y Fijaciones Noricum correspondientes
Cilindros Noricum correspondientes
Conexión temporal: Ninguna

CE **0051** Directiva 3/42/CEE modificada por la Directiva MDD 2007/47/CEE

Fabricante:
Noricum SL
Avenida Fuente Nueva 14 (Nave 3A)
28703 – San Sebastián de los Reyes
Madrid - España
E-Mail: noricum@noricum.es

IU: TP Ed 7 (21/01/2014)